

Olsztyn, dnia 20 października 2020 r.

/do publicznej wiadomości/

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu nr **WIW-A-AGZ.2600.2.183.2020.MM.KK** pn.: **Dostawa komory laminarnej z przepływem pionowym II klasy bezpieczeństwa**, wpłynęły następujące pytania:

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie komory laminarnej, która nie ma menu w języku polskim?
2. Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie komory laminarnej w której szyba odchylona jest o 7° od pionu?

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Ad. 1. Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie komory laminarnej, która nie ma menu w języku polskim.
- Ad. 2. Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie komory laminarnej, w której szyba odchylona jest o 7° od pionu.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
/-/ Jerzy Koronowski