



Olsztyn, dnia 14 września 2022 r.

**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
W OLSZTYNIE

*/ do publicznej wiadomości /*

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu nr **WIW-A-AGZ.2600.2.171.2022.JO.KW** pn.: dostawa sprzętu laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający w części nr 1 wyrazi zgodę na dostarczenie pipety w terminie do 60 dni? Procedura wzorcowania pipety w Laboratorium PCA zajmuje ok. 30 dni. Dodatkowe 30 dni zabezpieczy nas, jako Wykonawcę przed nieterminową dostawą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w części nr 1 – dostawa pipety elektronicznej jednokanałowej Ovation® ESC ze stelażem **wyraża zgodę** na zmianę terminu realizacji zamówienia do 60 dni.

W związku z powyższym zmiana ulega zapis rozdziału III ust. 1. Zamawiający zmienia pkt 2) (w zakresie części nr 1) oraz dodaje pkt 3), który otrzymuje brzmienie:

- 3) części nr 1 (asortyment wymagający wzorcowania) - **do 60 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego zamówienia z adresu e-mail: [justyna.olendrzynska@olsztyn.wiw.gov.pl](mailto:justyna.olendrzynska@olsztyn.wiw.gov.pl)** . Szczegółowe zamówienie zostanie przesłane na e-maila, z którego została wysłana oferta Wykonawcy.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Warmińsko-Mazurski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
w Olsztynie

*/-/ Jerzy Koronowski*

Rozdzielnik:

Egz. Nr 1 – a/a (skan BIP)

Wykonała: Katarzyna Wojciechowska

Dnia 14.09.2022 r.

