



Olsztyn, dnia 10 października 2023 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
W OLSZTYNIE

*/ do publicznej wiadomości/*

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu **WIW-A-AGZ.272.337/338.2023.AR.KK** pn.: **dostawa defibrylatorów AED oraz tablic pierwszej pomocy**, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1:**

W punkcie 2. OPZ wskazują Państwo, że wykonawca przeszkoli personel w obsłudze, czy chodzi o szkolenie z podstaw pierwszej pomocy czy tylko z obsługi AED? Jeżeli tylko z obsługi AED to czy wystarczający był film? Opisuje on krok po kroku przygotowanie urządzenia do pracy, a także sposób działania. Natomiast jeżeli miałyby to być szkolenie z pierwszej pomocy to o jakiej grupie osób byłaby mowa?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że szkolenie ma dotyczyć obsługi defibrylatora AED i musi się odbyć w siedzibie Zamawiającego.

#### **Pytanie 2:**

Czy tabliczka informująca o tym, że obiekt jest wyposażony w AED musi być w konkretnych wymiarach 30x21 cm? W standardowej ofercie mamy tabliczki 25x15 cm.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że tablica informacyjna z lokalizacją AED: „Obiekt wyposażony jest w defibrylator AED musi posiadać wymiary 30 x 21 cm.

#### **Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferty urządzenia o parametrach równoważnych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** oferty na urządzenie o parametrach równoważnych.

Zamawiający zmienia termin składania ofert: do dnia 12 października 2023 r., godzina 09:00.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Jerzy Koronowski  
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
*/ podpisano elektronicznie/*

#### Otrzymują:

1. adresat

2. a/a



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn

tel.: 89 5241450, fax : 895241477, [wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl](mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl), [www.olsztyn.wiw.gov.pl](http://www.olsztyn.wiw.gov.pl)