

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostawa defibrylatorów AED oraz tablic pierwszej pomocy

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa defibrylatorów AED oraz tablic pierwszej pomocy** dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu (dot. części nr 1 i 2) wraz z uruchomieniem, wykazaniem poprawności działania i przeszkoleniem pracowników w obsłudze (dot. części nr 1).
3. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy, istotne dla przedmiotu zamówienia.
4. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
5. Sprzęt zaproponowany przez Wykonawcę musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Materiały opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
6. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny musi znajdować się na terenie Polski.
7. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy **instrukcje w języku polskim** dostarczoną wraz z urządzeniem w formie papierowej i/lub elektronicznej (dot. części nr 1).
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania oryginalnych opakowań sprzętu.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na sprzęt wolny od wad do 14 dni roboczych.
10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
11. Miejsce dostawy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił 2 faktury.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

część nr 1 – 2 sztuki automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED z baterią i jedną parą elektrod uniwersalnych lub po jednej parze dla dorosłych i elektrod pediatrycznych do automatycznej defibrylacji zewnętrznej

Producent i produkt: CU Medical Defibrylator AED iPAD SP1 (automat)

1. Oferowane defibrylatory AED muszą posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności.
2. Dostarczone urządzenia muszą posiadać algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji ERC.
3. **Każde dostarczone urządzenie powinno być wyposażone w:**
 - 1) jedną baterię,
 - 2) jedną parę elektrod uniwersalnych lub jedną parę elektrod dla dorosłych i elektrod pediatrycznych do stosowania u dzieci poniżej 8 roku życia lub poniżej 25 kg masy ciała lub z wbudowanym trybem pediatrycznym (przełącznik) do automatycznej defibrylacji zewnętrznej,
 - 3) wskaźniki dźwiękowe i wizualne przypominające na bieżąco o wszystkich koniecznych do wykonania czynnościach ratowniczych i o właściwej kolejności, jak

również o niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, sprawności urządzenia oraz stabilnej baterii,

- 4) funkcję analizy rytmu serca,
 - 5) system autotestów, podczas których sprawdzane są parametry urządzenia (m.in. stan wewnętrznej elektroniki, oprogramowania oraz poziom baterii),
 - 6) wyświetlacz ze wskaźnikiem naładowania baterii i stanu elektrod,
 - 7) menu w języku polskim,
 - 8) przenośną torbę transportową,
 - 9) tablicę informacyjną zewnętrzną z lokalizacją AED: „Obiekt wyposażony jest w defibrylator AED” wytworzona z materiału odpornego na warunki atmosferyczne np. PCV, dibond (do przykręcenia np. na ogrodzenie) o wymiarach 30x 21 cm
4. Wymagane dane techniczne:
 - 1) odporność na wibracje: MIL-STD-810G,
 - 2) stopień ochrony: IP55,
 - 3) odporność na upadek z wysokości 1,2 m na dowolną powierzchnię,
 5. Warunki gwarancji:
 - 1) gwarancja na urządzenie AED: minimum 5 lat,
 - 2) gwarancja na baterię: minimum 4 lata,
 - 3) gwarancja na elektrody: minimum 2 lata.

Część nr 2 – tablice pierwszej pomocy

1. W skład zamówienia wchodzi:

- 1) **1 sztuk tablica pierwszej pomocy z szafką AED i apteczką K15 – kod produktu PP03 Producent: HLS High Level of Safety Marek Niedziałkowski Czołowo**, o wymiarach 109 x 75 cm (szer. x wys.), płyta PCV 3mm, posiadająca:
 - a) piktogram (znak) informujący o występowaniu sprzętu pierwszej pomocy,
 - b) numery telefonów do służb ratowniczych (tj. nr alarmowy, nr na pogotowie, policję, straż pożarną),
 - c) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED (nadrukowana na tablicę),
 - d) miejsce na wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy,
 - e) 14 szt. dodatkowych instrukcji udzielania pierwszej pomocy, które można w razie potrzeby zdjąć z tablicy i zabrać ze sobą na miejsce zdarzenia, dotyczące: pozycja boczna bezpieczna, omdlenie i utrata przytomności, zakrzuszenie, napad drgawek, urazy oczu, krwotoki i urazy, oparzenia, porażenie prądem elektrycznym;
 - f) szafka na defibrylator AED – ASB 1000:
 - o wymiarach: 37 x 37 x 17 cm (szer. x wys. x gł.),
 - wyposażona w okienko inspekcyjne,
 - zamykana na zamek magnetyczny.
 - g) apteczka K15:
 - o wymiarach: 34 x 24 x 12 cm (szer. x wys. x gł.),
 - wyposażenie: wkład DIN 13157 + ustnik.
- 2) **1 sztuka tablica pierwszej pomocy z szafką AED, apteczką K15 i płukanką do oczu – kod produktu PP04 Producent: HLS High Level of Safety Marek Niedziałkowski Czołowo**, o wymiarach: 124,5 x 75 cm (szer. x wys.), płyta PCV 3mm, posiadająca:
 - a) piktogramy (znaki) informujące o występowaniu sprzętu pierwszej pomocy,
 - b) numery telefonów do służb ratowniczych (tj. nr alarmowy, nr na pogotowie, policję, straż pożarną),

- c) miejsce na wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy,
- d) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED (nadrukowana na tablicę),
- e) 14 szt. dodatkowych instrukcji udzielania pierwszej pomocy, które można w razie potrzeby zdjąć z tablicy i zabrać ze sobą na miejsce zdarzenia dotyczące: pozycja boczna bezpieczna, omdlenie i utrata przytomności, zakrztuszenie, napad drgawek, urazy oczu, krwotoki i urazy, oparzenia, porażenie prądem elektrycznym,
- f) szafka na defibrylator AED – ASB 1000:
 - o wymiarach: 37 x 37 x 17 cm (szer. x wys. x gł.).
 - wyposażona w okienko inspekcyjne,
 - zamykana na zamek magnetyczny,
- g) apteczka K15:
 - o wymiarach: 34 x 24 x 12 cm (szer. x wys. x gł.).
 - wyposażenie: wkład DIN 13157 + ustnik,
- h) płukanka do oczu EYE WASH 500ML – CEDERROTH wraz z instrukcją graficzną użycia:
 - o wymiarach: 6,6 x 23,5 cm (butelka)/ 9 x 27 x 7 cm (uchwyt).
 - zastosowanie: ciała obce, kwasy, zasady,
 - zawartość: roztwór buforowy chlorku sodu,
 - pojemność płukanki: 500 ml.