

Olsztyn, dnia 09.11.2017 r.

/wszyscy Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych, worków do stomachera i zestawów do pobierania wymazów (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2017)** wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości produktów w zapytaniu: WIW, WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 zadanie 5 pozycja 1,2 do ilości pełnych opakowań (wielokrotność ilości paczek).

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę ilości produktów w zadaniu nr 5 poz. 1 i 2. Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1 - 370 op. po 50 szt. worków do stomachera bez filtra oraz 190 op. po 25 szt. worków do stomachera z filtrem pełnym (zgodnie z opisem w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ), w związku z powyższym

Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodni się z pakietu 5 wykreślić pozycję 6, ze względu na brak produktu na stronie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie pozycji 6 z zadania nr 5. Zamawiający w SIWZ w rozdziale 3 pkt. 4 dopuścił rozwiązania równoważne opisanym w zadaniach 1-10. **Przywołanie nazwy i numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia.** Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towar wskazanych w formularzach cenowych producentów.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ -UMOWA

Pytanie 3: (§ 6 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną zmianę. W § 6 projektu umowy Zamawiający określił zakres dopuszczalnych zmian zawartej umowy.

Pytanie 4: (§ 6 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną zmianę. W § 6 projektu umowy Zamawiający określił zakres dopuszczalnych zmian zawartej umowy.

Pytanie 5: (§ 4 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na naliczanie kar od wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Pytanie 6: (§ 4 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niedostarczonego towaru?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na naliczanie kar od wartości netto niedostarczonego towaru.

Pytanie 7: (§ 4 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO wadliwego towaru?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na naliczanie kar od wartości netto wadliwego towaru.

Pytanie nr 8: Załącznik nr 2 do SIWZ - Czy zamawiający w zadaniu 7 wyrazi zgodę, żeby zestaw zawierał jedną parę sterylnych bucików z włókniny, dwie jałowe rękawiczki, woreczek oraz foliowe ochroniacze na obuwiu?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** aby zestaw zawierał w/w materiały.

Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał **2 pary** sterylnych bucików z włókniny, sterylnego woreczka na próby, płynu do zwilżania (bufor MRD lub sterylna woda lub inny rozpuszczalnik zaakceptowany przez Krajowe Laboratorium Referencyjne), sterylnych rękawiczek (1 para).

W zapytaniu wynika, że w proponowanym zestawie nie ma płynu do zwilżania (bufor MRD lub sterylna woda lub inny rozpuszczalnik zaakceptowany przez Krajowe Laboratorium Referencyjne) na co Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wojewódzki Związek
Wojewódzki Instytut Weterynarii
w Ostrołęce

Ludwik Bartoszewicz