

Olsztyn, dnia 23.04.2018 r.

/wszyscy Wykonawcy/

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę testów diagnostycznych, odczynników chemicznych i surowic, pożywek i suplementów oraz szalek Petriego (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2018)** wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 18**

Czy zamawiający wyraża zgodę w zadaniu 18 pozycja 2 na wymiary szalek Petriego o wysokości 15 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szalek Petriego o wysokości 15 mm. Tolerancja wysokości szalek wynosi 16 mm ± 2 mm.

### **Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 18**

Czy zamawiający wyraża zgodę w zadaniu 18 pozycja 3 na szalki Petriego pakowane po 110 szt. w ilości 24 op.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 24 op. szalek pakowanych po 110 szt. Ogólna ilość szalek w szt. nie ulegnie zmianie.

Harmonogram dostaw wynosiłby wówczas odpowiednio: 10 op., 6 op. i 8 op. w podanych w harmonogramie terminach.

W formularzu cenowym należy wpisać zaproponowane ilości op. i wielkość opakowania.

### **Pytanie nr 3 - Dotyczy zadania nr 13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty dostawy?

**Wyjaśnienie:** niestety nie mamy możliwości zagwarantowania w każdym momencie dostaw materiałów z dłuższym okresem ważności, ponieważ ATCC wprowadza nową serię pożywek/suplementów do dystrybucji często na 3-4 miesiące przed końcem okresu ważności poprzedniej serii.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie w dystrybucji nie jest dostępna pożywka EMEM i nie jesteśmy więc w stanie z góry określić daty ważności.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie materiału EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty dostawy.

**Pytanie nr 4 - Dotyczy zadania nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 40 dni. Niestety materiały nie są dostępne w magazynie europejskim.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu realizacji do 40 dni.

**Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych przez producenta w języku angielskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych przez producenta w języku angielskim.

**Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania nr 13**

Czy Zamawiający zrealizuje Zadanie nr 13 jednorazowo od podpisania umowy? Jeśli nie zwracamy się z prośbą o podanie harmonogramu dostaw.

**Wyjaśnienie:** powyższa informacja pomoże nam w prawidłowym skalkulowaniu jednostkowego kosztu transportu z magazynu do Państwa laboratorium. W przypadku braku informacji o liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo zamawiać po 1 opakowaniu i uwzględnić koszt transportu z magazynu w cenie każdego produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie realizował zamówienie asortymentu wyszczególnionego w zadaniu nr 13 w **dwóch dostawach**:

- I dostawa – do 10 czerwca 2018 – 8 opakowań

- II dostawa – do 1 września 2018 – 8 opakowań

W związku z powyższymi zmianami umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta **do dnia 26.10 2018 r.**

**Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami załączonych przez producenta w języku angielskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami producenta w języku angielskim.

**Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 12**

Pozycja 4 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany materiał. Podany numer katalogowy - u producenta dostępny jest z innym numerem CAS. Podany w formularzu nr CAS 1405-54-5 nie jest dostępny w katalogu Ehrensdorfera. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału do zawarcia w ofercie.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie materiału z nr CAS 74610-55-2.

**Pytanie nr 9 - Dotyczy zadania nr 12**

Pozycja 13 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany materiał. Podany numer katalogowy - u producenta dostępny jest z innym numerem CAS. Podany w formularzu nr CAS 69-57-8 nie jest dostępny w katalogu Ehrensdorfera. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału do zawarcia w ofercie.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie materiału z nr CAS 93106-60-6.

**Pytanie nr 10 - Dotyczy projektu umowy**

- Zgodnie z punktem 3, §4 "...Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia lub wymiany wadliwego towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji..."

**Wyjaśnienie:** Dostawa wzorca reklamowanego nie może być szybciej zrealizowana niż wzorca pierwotnie dostarczonego, tj. dla Zadania 12- do około 28 dni roboczych i Zadanie 13 - około 40 dni. Czy Zamawiający akceptuje terminy realizacji ewentualnych reklamowanych produktów? Jak wcześnie wnosiliśmy materiały nie są dostępne w magazynie, tylko realizowane na życzenie Zamawiającego, ze względu na daty ważności bądź czystości dostępnych aktualnie dostępnych serii u producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu dostawy reklamowanego wzorca dla Zadania nr 12 - do maksymalnie 28 dni roboczych i dla Zadania nr 13 - do maksymalnie 40 dni roboczych. Powyższa zmiana zostanie ujęta w §3 ust. 3 w umowie zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniu nr 12 i zadaniu nr 13.

**Pytanie nr 11 - Dotyczy zadania nr 14**

Pozycja 17 - Kwas azotowy 65% Suprapure gęstość 1,42g/ml w 20 st. C

Zamawiający określił pozycję jako kwas azotowy 65% i podał numer referencyjny Romil H566.

Produkt z firmy Romil o numerze katalogowym H566 w opisie produktu ma podane stężenie 67-69% i gęstość 1,42g/ml. Powstała rozbieżność pomiędzy opisem a podanym numerem referencyjnym, ponieważ kwas azotowy 65% ma gęstość 1,40g/ml.

Czy zamawiający zaakceptuje produkt Merck nr katalogu 115187 opisany jako kwas azotowy 69% Tracepur, jako produkt równoważny do produktu Romil nr H566. Gęstość dla kwasu 69% wynosi 1,42g/ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wymaga** zaoferowania kwasu azotowego 65% Suprapure o gęstości 1,40 g/ml (nr katalogowy: MERCK 1.00441.1000) w opakowaniach a'1 litr w ilości 5 opakowań.

**Pytanie nr 12 - Dotyczy formularza ofertowego**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dot. pozostałych pakietów zostaną usunięte.

**Odpowiedź:** Zamawiający w formularzu ofertowym zamieścił informację dla Wykonawcy dotyczącą wypełniania dokumentu: „Wykonawca wypełnia tylko te zadania, w których składa ofertę pozostałe zadania można usunąć z formularza oferty nie zmieniając numeracji zadań”.

**Pytanie nr 13 - Dotyczy projektu umowy**

§2 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Odbioru ilościowo - jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonywać będzie w dniu dostawy magazynier p. Beata Alchimowicz - tel. (89) 524-05-07 wew. 14 lub (89) 535-43-03, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (faktur) bądź innego dokumentu potwierdzającego fakt realizacji zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w § 1 ust. 6.”?

**Uzasadnienie:** Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień i niejasności na tle realizacji przedmiotowej umowy. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem postanowienia odbiór towaru będzie dokonywany na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Mając na względzie postanowienie §5 ust. 2 Zamawiający dopuszcza także przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w związku z czym odbiór towaru powinien być dokonany bez względu na fakt dostarczenia faktury wraz z towarem. Wykonawca dołączy do każdorazowego zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób

szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie pytania.

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowaną zmianę.

W związku z powyższym w zawieranych z Wykonawcami umowach zapisy §2 ust. 6 będą brzmiały następująco:

„Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonywać będzie w dniu dostawy magazynier p. Beata Alchimowicz - tel. (89) 524-05-07 wew. 14 lub (89) 535-43-03, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (faktur)  *bądź innego dokumentu potwierdzającego fakt realizacji zamówienia* wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w § 1 ust. 6.”

#### **Pytanie nr 14 - Dotyczy projektu umowy**

§5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie zapisu §5 ust. 4 dotyczącego wstrzymania płatności faktury za towar reklamowany do dnia ostatecznego zakończenia postępowania reklamacyjnego.

#### **Pytanie nr 15 - Dotyczy zadania nr 9**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie:

- Antygeny Brucella abortus do OWD (pozycja nr 1) z datą ważności do 2018-11-30
- Surowicy hemolitycznej do OWD (pozycja nr 3) z datą ważności do 2018-11-30

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie w/w preparatów do brucelozy z proponowanymi terminami ważności.

#### **Pytanie nr 16 - Dotyczy projektu umowy**

- § 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie takiego zapisu. Zamawiający do umowy zawieranej z Wykonawcą załącza skan podpisanego formularza ofertowego oraz formularza cenowego złożonego przez oferenta, w którym poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Informacja taka wysyłana jest również do oferenta oddzielnym pismem, co stanowi załącznik do prowadzonego postępowania.

#### **Pytanie nr 17 - Dotyczy projektu umowy**

- § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na naliczanie kar umownych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 projektu umowy od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy.

#### **Pytanie nr 18 - Dotyczy wykazu dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia**

- Rozdział 8 ust. 1 pkt 1.1.-1.2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza** takiej możliwości. Sposób przygotowania oferty określony jest w Rozdziale 14 SIWZ.



**Pytanie nr 19 - Dotyczy wykazu dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia**

- Rozdział 8 ust. 1 pkt 1.1.-1.2. - W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza** takiej możliwości. Sposób przygotowania oferty określony jest w Rozdziale 14 SIWZ.

**UWAGA:**

*W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 2 - formularze cenowe dla zadań nr 12 i 14 uwzględniające udzielone odpowiedzi i zamieszcza je na swojej stronie internetowej z dopiskiem „Zmiana”. Zmiany wprowadzone zostały kolorem czerwonym.*

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
w Olsztynie

*Ludwik Bartoszewicz*