



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W OLSZTYNIE

Olsztyn, 24 kwietnia 2020 r.

/do publicznej wiadomości/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego**, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.12.2020.KS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców.

Pytanie:

1. Proszę o podanie typów termometrów, rejestratorów, konkretnych punktów wzorcowania (zakres od 0°C do 160-180°C jest zbyt ogólny). Pytanie dotyczy urządzeń z pkt.: Zadanie nr 1 – Wzorcowanie termometrów elektrycznych i Zadanie nr 12 – Wzorcowanie sond do rejestratorów temperatury.
2. Dodatkowo w zadaniu 12 proszę podać ilość sond.
3. Proszę o potwierdzenie możliwości składania ofert na poszczególne zadania, bez konieczności wykonywania wszystkich zadań.
4. Pytanie dotyczy zadań 2 i 3. W pkt. 3.1 SIWZ podano że Wykonawca musi złożyć aktualny certyfikat akredytacji (PCA) Polskiego Centrum Akredytacji. Natomiast w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla zadań nr 2 (cieplarki) i nr 3 (łącznie) w pkt.3 podano, że "sprawdzanie powinno być wykonane za pomocą wzorcowanego przez Urząd Miar RP komputerowego rejestratora temperatury zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie EA 04/10 Polskiego Centrum Akredytacji PCA." Czy dla tych dwóch zadań wystarczy jeśli Wykonawca nie posiadający akredytacji PCA będzie wykonywał pomiary za pomocą komputerowego rejestratora temperatury wzorcowanego przez Laboratorium Akredytowane przez PCA?
5. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie **kryterium oceny K2**. W przypadku **zadania nr 8** czyli wzorcowania wag i wzorców masy, rozumiem że termin realizacji liczony jest od czasu przesłania przez Państwa zlecenia na wykonanie usługi do momentu przyjazdu technika na miejsce wzorcowania wag i wzorców masy? **Wykonanie wzorcowania wzorców masy wymaga zabrania ich do laboratorium celem wykonania wzorcowania i zwrócenia ich do Państwa. Proszę o doprecyzowanie w.w kryterium.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zad. 1 i 12 - Zamawiający informuje, iż dane dotyczące typów termometrów, rejestratorów oraz dokładnych punktów wzorcowania znajdują się w załączniku nr 1a i 1L do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Ad. 2. Zad. 12 - Zamawiający informuje, iż ilości sond wskazana jest w tabeli w załączniku nr 1L do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.



Ad. 3. Zad. 1- 17. Tak, Zamawiający potwierdza, że podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, bez konieczności wykonywania wszystkich zadań.

Ad. 4. Zad. 2 i 3 – Nie. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi złożyć aktualny certyfikat akredytacji (PCA) Polskiego Centrum Akredytacji, który świadczy o tym, że Wykonawca ma akredytację na wykonywanie czynności wzorcowania - wzorcowanym komputerowym rejestratorem temperatury, a nie, że posiada wzorcowany komputerowy rejestrator temperatury przez Laboratorium Akredytowane przez PCA.

Ad. 5. Zad. 8 - Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie zamówienia liczone jest w dniach kalendarzowych i wynosi maksymalnie 10 dni. Liczone jest od momentu wysłania zlecenia na wykonanie usługi do jej zakończenia, przy czym dzień zdarzenia na wlicza się do tego czasu (art. 111 § 2 KC cyt. „§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło”.) Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że termin 10-dniowy jest terminem wystarczającym na dokonanie wzorcowania wzorców masy, które Wykonawca będzie mógł zabrać do laboratorium celem wykonania wzorcowania, a następnie zwrócenia ich do Zamawiającego (osobiście, pośtaniem). Całość czynności musi zamknąć się w zaproponowanym przez Wykonawcę terminie.

Nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ.

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARIII
w Olsztynie

Dorota Daniluk

Wyk K. Białek
Dnia 24.04.2020