



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
W OLSZTYNIE

Olsztyn, 4 maja 2020 r.

*/do publicznej wiadomości/*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu laboratoryjnego**, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.12.2020.KS

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy.

**Pytanie:**

1. Wykonawca powinien mieć certyfikat PN EN ISO/IEC 17025:2005 tymczasem ta norma w Polsce już nie obowiązuje (jest nowe wydanie i wszystkie laboratoria muszą na nią przejść do końca 2020 pod rygorem utraty akredytacji), czy to znaczy że nie trzeba mieć akredytacji PCA ?
2. Przyrząd użyty do wzorcowania to komputerowy system rejestracji. PCA w dokumencie DAP 04 i załącznikach nr 1 i 2 nie wymienia takiej nazwy oznacza to że nikt w Polsce nie ma w zakresie akredytacji możliwości wywzorcowania takiego przyrządu (my stosujemy taką nazwę jaką dopuszcza PCA). Dlaczego do wzorcowań nie można użyć np. cyfrowego rejestratora temperatury lub autonomicznego cyfrowego systemu akwizycji danych.
3. Dlaczego przyrząd ma być wywzorcowany przez Urząd Miar RP a nie może być wywzorcowany przez akredytowane Laboratorium wzorcujące. świadectwa wzorcowania opatrzone znakiem ILAC są honorowane na całym świecie i przez wszystkie laboratoria w Polsce, dlaczego nie są honorowane przez WSSE Olsztyn. Na jakiej podstawie Urząd Miar RP ma wywzorcować przyrząd na który PCA nie udziela akredytacji.
4. Kryteria wymienione w zapytaniu są tak sformułowane że nie ma w Polsce firmy która by je mogła spełnić ze względów formalnych, chyba że laboratoria wzorcujące akredytowane przez PCA wg PN EN ISO/IEC 17025:2019 mające w akredytacji to co jest w zapytaniu nie uwzględnia tych sformułowań które tam są zwarte.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad. 1 i 4. Tak. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi posiadać certyfikat akredytacji zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025:2005 (dotyczy zad. 1-4, 8,12). Zamawiający dopuszcza certyfikaty uzyskane według nowego wydania normy PN EN ISO/IEC 17025 (z roku 2018).



Ad. 2. Zamawiający dopuszcza, aby przyrząd użyty do wzorcowania występował pod inną nazwą np. cyfrowy rejestrator temperatury. Dokument PCA: DAP-04 zał. 2 nie ogranicza możliwości wskazania innej nazwy przyrządu.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza, aby przyrząd był wywzorcowany przez inne akredytowane Laboratorium wzorcujące. Na świadectwie wzorcowania musi jednak widnieć znak PCA.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ.

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
w Olsztynie  
*Jerzy Zbigniew Koronowski*  
Jerzy Zbigniew Koronowski

KIEROWNIK ZESPOŁU  
ds. ADMINISTRACYJNYCH  
*Katarzyna Białek*  
Katarzyna Białek