



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
W OLSZTYNIE

Olsztyn, 19 lipca 2020 r.

*/do publicznej wiadomości/*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **dostawa materiałów eksploatacyjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.14.2020.KS**

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2, 4,6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców.

**Pytanie:**

1. **Pytanie dotyczy zadania nr 1.** Czy Zamawiający dopuści szalki bez ISO 14644-1, klasa czystości powietrza -100, natomiast spełniające ISO 9001?
2. **Pytanie dotyczy zadania nr 1, poz. nr 3.** Czy Zamawiający dopuści wielkość opakowania 110 szt. w kartonie + 7x rękaw zbiorczy 10 szt. Pozostałe parametry bez zmian?
3. **Pytanie dotyczy zadania nr 6.** Końcówki o numerze katalogowym 702561 zostały wycofane i zastąpione końcówkami o numerze 732012 pakowanymi po 1000 sztuk (2 torebki po 500 sztuk). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 opakowań po 1000 sztuk końcówek Brand 732012?
4. **Pytanie dotyczy zadania nr 8.** Zamawiający w kolumnie „Nazwa materiału” podaje końcówki o pojemności 0,1-2,5 ml, natomiast w kolumnie „Pojemność” wskazuje 100-5000 µl, którym odpowiada numer katalogowy podany przez Zamawiającego 0030 000.978. Dodatkowo końcówki 0030 000.978 oraz 0,1-2,5 ml są pakowane po 500 sztuk (5 torebek x 100 sztuk). Prosimy o określenie wymaganej pojemności oraz wyrażenie zgody na zaoferowanie 1 opakowania końcówek po 500 sztuk.
5. **Pytanie do pakiet 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o sile wirowania do 20000xg?
6. **Dotyczy zadanie nr 3, pozycja 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważonego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?
7. **Dotyczy zadanie nr 3, pozycja 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne o terminie ważności min. 12 miesięcy. Testy biologiczne ze względu na obecność żywych mikroorganizmów posiadają całkowity termin przydatności od daty produkcji 24 miesiące.



8. Dotyczy Zadanie nr 3, pozycja 3 i 4: Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączania do każdej dostawy certyfikatu jakości. W przypadku testów chemicznych producenci wystawiają dokumenty jednorazowo dla całej produkcji, a nie dla każdej serii jak w przypadku testów biologicznych, gdzie poszczególne serie mogą się od siebie nieznacznie różnić.

#### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Ad. 1.** Zamawiający **nie dopuszcza** szalek bez ISO 14644-1.

**Ad. 2.** Z uwagi na różną wielkość opakowań i brak możliwości porównania ofert, Zamawiający dokonuje modyfikacji **zadania nr 1 – Szalki Petriego z PS**, poprzez zmianę opakowań na łączną ilość sztuk. W **zadaniu nr 1 w pozycji 3** – szalki o średnicy 140 mm ( $\pm 2$ mm) Zamawiający **dopuszcza** opakowania po 110 szt. płytek w kartonie. Zamawiający nadmienia, że w przypadku dostarczania niepełnych opakowań (tj. pojedynczych rękawów), zadaniem Wykonawcy jest takie zabezpieczenie produktu, aby nie uległo uszkodzeniu opakowanie i rozjałowienie płytek. Produkty muszą być dostarczone w stanie nienaruszonym. W przypadku niezgodności z dostawą Zamawiający będzie reklamował produkt zgodnie z § 4 wzoru umowy.

**Ad. 3.** Zamawiający **wyraża zgodę** na 4 opakowania końcówek po 1000 sztuk Brand 732012.

**Ad. 4.** Zamawiający informuje, że wymagana pojemność zamawianych końcówek to 100-5000  $\mu$ l o numerze katalogowym 0030 000.978 oraz **wyraża zgodę** na dostarczenie produktu w jednym opakowaniu 500 sztuk.

**Ad. 5.** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie probówek o sile wirowania do 20000xg.

**Ad. 6.** Zamawiający **dopuszcza** produkt równoważny w postaci paska bibuły nasączonego sporami (zadanie nr 3, pozycja 1 i 2).

**Ad. 7.** Zamawiający **dopuszcza** testy biologiczne o terminie minimum 12 miesięcy od daty dostawy (zadanie nr 3, pozycja 1 i 2). Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy OPZ w zadaniu nr 3.

**Ad. 8.** Zamawiający **wyraża zgodę** na dostarczenie jednego certyfikatu dla całej produkcji (zadanie nr 3, pozycja 3 i 4).

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia rozdział XIII ust. 1 i 4 SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 i 3 oraz załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy w zadaniu nr 1. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

**Jest: 31.07.2020 r. godz. 12:00, otwarcie: 31.07.2020 r. godz. 12:30**

**Powinno być: 04.08.2020 r. godz. 12:00, otwarcie: 04.08.2020 r. godz. 12:30**

Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ.

#### **Załączniki:**

- 1) Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1, 3) – zał. nr 1 do SIWZ
- 2) Zmodyfikowany formularz cenowy (zadanie nr 1) – zał. nr 3 do SIWZ

Z up. WARMINSKO-MAZURSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII w OLSZTYNIE  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR WETERYNARYJNY  
ds. NADZORU FARMACEUTYCZNEGO  
*Adam Wojtaszek*  
lekarz weterynarii

KIEROWNIK ZESPOŁU  
ds. ADMINISTRACYJNYCH

*Białek*  
Katarzyna Białek

29.07.2020r.