

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
w OLSZTYNIE
10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7
Tel. 089 524 14 62 fax 089 524 14 77
NIP 739-020-71-54 000092663

Olsztyn, dnia 30.10.2018 r.

/wszyscy Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2018)** wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Czy w załączniku nr 2 **P A R A M E T R Y T E C H N I C Z N E** część C punkt 8 Zamawiający dopuści zakres programowanej dozy 5-40 ml. oraz powtarzalność dozy <2%? Uzasadnienie nie ma fizycznej możliwości rozlania do płytek 99 ml płynu.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zakres programowanej dozy 5-40 ml oraz powtarzalność dozy <2%.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 1 - Rozlewarka do płytek

Czy w załączniku nr 2 **P A R A M E T R Y T E C H N I C Z N E** część C punkt 12 Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu mieszczącego się w wymiarach nie większych niż (w. x s. x g.): 1100 mm x 720 mm x 640 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie aparatu o wymiarach nie większych niż 1100 mm x 720 mm x 640 mm.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 7 listopada, w związku z przerwą świąteczną, w celu prawidłowego i rzetelnego przygotowania oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 7 listopada. Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 02.11.2018 do godz. 09:00.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
w Olsztynie
Ludwik Bartoszewicz

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska