

Olsztyn, dnia 26.09.2016r.

/wszyscy Wykonawcy/

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Informujemy, że w prowadzonym przetargu nieograniczonym na **dostawę igłopróbówek, zestawów BSE i drobnego sprzętu do hodowli komórkowej, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.11\_12.2016** wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedzi.

### **Pytanie 1:**

Dot. zadania nr 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego zadania próbówek jednorazowego użytku do pobierania krwi żyłnej u trzody w kierunku badań na chorobę Aujeszkiego. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, a tym samym przyczyni się do dokonania najkorzystniejszego wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie znajduje powodu do podziału zadania nr 1. Przedmiotem zadania są próbówki jednorazowe do pobierania krwi żyłnej u bydła i świń. Próbówki zasadniczo nie różnią się parametrami. Różnicę stanowi tylko długość i grubość igły. Elementy te są wymienne.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadania nr 1. Zapisy pozostają bez zmian.

WARMIŃSKO-MAZURSKO  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARI  
w Olsztynie  
*Ludwik Bartoszewicz*