



Olsztyn, dnia 24 października 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W OLSZTYNIE

/do publicznej wiadomości/

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania pn.: **dostawa sprzętu laboratoryjnego, części zamiennych i drobnego wyposażenia laboratorium**, znak sprawy: **WIW-A-AGZ.272.347.2025.JU.KK**

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zgodnie z zapisami rozdziału VI ust. 1-4 zapytania ofertowego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy OPZ, część nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla cz. 2 do 7 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Pytanie nr 2:

Dotyczy OPZ, część nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wzorcowania przez akredytowane laboratorium, gdzie kalibracja zostaje zakończona wystawieniem świadectwa wzorcowania zgodnego z ISO/IEC 17025: 2017, opatrzonego ILAC. Kalibracja przeprowadzona zgodnie z normą ISO 8655-6: 2022 lub ISO8655-7:2022, załącznik A.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Zamawiający informuje, że wzorcowanie może być wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące zakończone wystawieniem świadectwa wzorcowania zgodnego z ISO/IEC 17025: 2017, opatrzonego znakiem **ILAC MRA** (Międzynarodowe Porozumienie o Wzajemnym Uznawaniu) oraz znakiem **akredytacji lokalnej jednostki akredytującej**, zgodnie z wymaganiami dokumentu **ILAC-R7**. Dokument powinien zostać sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski przez **tłumacza przysięgłego**.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Jerzy Koronowski
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
/podpisano elektronicznie/

