



Olsztyn, 04 listopada 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W OLSZTYNIE

/do publicznej wiadomości/

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że na podstawie rozdziału VII pkt 1 zapytania ofertowego nr WIW-A-AGZ.2600.1.206.2021.JO.LC pn.: dostawa sprzętu laboratoryjnego, dokonuje zmiany w treści opisu przedmiotu zamówienia oraz formularza oferty:

W części nr 3 – Suszarka UF260 (OPZ):

BYŁO:

3	Suszarka UF260	<ul style="list-style-type: none">• Wymiary wewnętrzne komory przynajmniej szer. x wys. x gł.: 620 x 800 x 500 mm, pojemność robocza min. 250 L• Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 850 x 1200 x 700 mm• Całkowita ładowność suszarki minimum 500 kg• Zasilanie 1 fazowe 230V 50/60 Hz• Certyfikat kalibracji dla +160°C	MEMMERT	szt.	2
		Miejsce podłączenia: pomieszczenie nr 5 (piwnica), Pracownia Przygotowania Pożywek i Szkła			

POWINNO BYĆ:

3	Suszarka UF260 (2 półki)	<ul style="list-style-type: none">• Wymiary wewnętrzne komory przynajmniej szer. x wys. x gł.: 620 x 800 x 500 mm, pojemność robocza min. 250 L• Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 850 x 1200 x 700 mm• Całkowita ładowność suszarki minimum 500 kg• Zasilanie 1 fazowe 230V 50/60 Hz• Certyfikat kalibracji dla +160°C	MEMMERT	szt.	2
		Miejsce podłączenia: pomieszczenie nr 5 (piwnica), Pracownia Przygotowania Pożywek i Szkła			

Powyższe zmiany dotyczą także formularza oferty w części nr 3 – Suszarka UF260.



Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji)
2. Formularz oferty (po modyfikacji)

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Powyzsze zapisy staja sie integralna czescia zapytania ofertowego.

Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Olsztynie
/-/ Jerzy Koronowski

Rozdzielnik:

Egz. Nr 1 – a/a (skan BIP)

Wykonała: K. Kawecka

Dnia 04.11.2021 r.